

## Szacowanie Wartości Zamówienia NR FZ16/F218/2026

W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowie pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” Numer Projektu NFZ (FENX.06.01-IP.03-0001/23) zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

### 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Rozeznającego

PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH D. GOCHA CHMIELEWSKA, J. CHMIELEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
OSIEDLE KAZIMIERZA WIELKIEGO 15B 56-200 GÓRA  
NIP: 9251711950

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania | Parametry brane pod uwagę przy wyborze oferenta   | Ilość sztuk |
|-----|----------------------------------|---|-------------|
| 1.  | Bieżnia do prób wysiłkowych      | <ul style="list-style-type: none"><li>- bieżnia do prób wysiłkowych</li><li>- stopniowe zwiększanie prędkości,</li><li>- stabilne poręczki w ergonomicznym kształcie,</li><li>- cicha praca bieżni,</li></ul> <p>Specyfikacja techniczna produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Współpraca z systemem do badań wysiłkowych</li><li>- Prędkość taśmy regulowana od 0 do min 20 km/h</li><li>- Kąt pochylenia regulowany od 0% do min 25%</li><li>- Długość użytkowa taśmy min: 1500 mm, szerokość 500 mm</li><li>- Wyłącznik bezpieczeństwa ryglowany, zatrzymuje bieg taśmy</li><li>- Wbudowany moduł EKG</li><li>- Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232</li><li>- Maksymalna waga pacjenta min. 180 kg</li><li>- cena jako parametr brany pod uwagę przy wyborze oferty</li></ul> <p>Wyposażenie standardowe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bieżnia</li><li>- Kabel pacjenta do systemu wysiłkowego</li><li>- Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej</li><li>- Elektrody jednorazowe 50 szt</li><li>- Pasta abrazyjna</li><li>- Kabel transmisji danych</li><li>- Instrukcja obsługi w języku polskim</li></ul> <p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gwarancja 24 miesiące</li></ul> | 1           |

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: jednostkową, netto, podatek VAT, brutto, sumę vat i sumę brutto.

### 3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na feniks@grupazdrowie.pl albo
- b) dostarczyć osobiście na adres: Grupa Zdrowie Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 13 lok 9, 09-100 Płońsk nie później niż do dnia 11.03.2026r.

### 4. Dodatkowe informacje

- a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Szacujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia rozeznania rynku lub jego zmiany bez podania przyczyny.

Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacujący do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.