

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/493/POZ/2026

W ramach procedury zapytania ofertowego w związku z zamiarem przystąpienia do projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowie pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” Numer Projektu NFZ (FENX.06.01-IP.03-0001/23) zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zapytującego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum medyczne " Diamed" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Jana Kochanowskiego 4, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521587330

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry brane pod uwagę przy wyborze oferenta	Ilość sztuk
1.	Holter EKG	PODSTAWOWE PARAMETRY: - Ilość kanałów (odprowadzeni): 12 - Rodzaj wyświetlacza: kolorowy - Pamięć: zapis na karcie pamięci - Wyposażenie: - kable pacjenta - pokrowce - paski - Oprogramowanie: wymagane oprogramowanie do obsługi urządzenia. - waga do 100 g - Zapis pomiaru EKG bez kompresji 24, 48, 78 godzinny lub wg zaprogramowanego czasu, w trybach: 12 kanałowy standardowy (10 kabli). 3 kanałowy niezależny bipolarny (7 kabli). Po odklejeniu 1 elektrody nadal działają 2 kanały 3 kanałowy standardowy Einthovena (4 kable); TrueLead – Po odklejeniu 1 elektrody nadal działa 1 kanał - Przyjazny dla pacjenta - Przycisk znacznika zdarzeń pacjenta - Detekcja rozruszników ZESTAW MUSI ZAWIERAĆ: - Rejestrator - Oprogramowanie - Pokrowiec na rejestrator - Karta pamięci - Czytnik kart pamięci na USB	1

		• Akumulatory • Ładowarka • Instrukcja obsługi w języku polskim • Opakowanie elektrod jednorazowych. • Okablowanie (12 odprowadzeni) MOŻLIWOŚĆ PRZEGLĄDU ZAPISU • Autokonfiguracja programu do zapisów 3 i 12 kanałowych • Szybki tryb przeglądania ze wspomaganie funkcji DirectX i akceleratorów kart graficznych • Szybki dostęp do dowolnego momentu zapisu wg. markerów użytych przez pacjenta • Możliwość wysłania przez e-mail fragmentu EKG lub raportu w różnych formatach graficznych • Zapis i odczyt stanu edycji badania • Możliwość przerywania i powrotu do analizy w późniejszym czasie • Funkcja adnotacji wyników – możliwość zastąpienia wyników analizy w raporcie ANALIZA CZĘSTOŚCI RYTMU SERCA • Trend HR, z możliwością obliczania wartości średniej oraz wartości maksymalnej i minimalnej dla każdej minuty zapisu • Automatyczne wyszukiwanie minimalnych i maksymalnych wartości HR z minuty lub kilku kolejnych QRS ANALIZA ODCINKA ST • Trend obniżenia odcinka ST dla każdego z kanałów, obniżenie średnie, maksymalne i minimalne dla każdej minuty • Automatyczne lub ręczne ustawianie znaczników pomiarowych obniżenia i nachylenia • Łatwa konfiguracja kryteriów wykrywania epizodów odcinków ST, znaczników pomiarowych ST • Szybka edycja ST przez wykluczanie kolejnych wartości maksymalnych i minimalnych na podstawie podglądu EKG	
--	--	--	--

		ANALIZA ODCINKA QT • Skorygowany i nieskorygowany pomiar odcinka QT dla każdego z kanałów • Szybka edycja pomiarów QT z automatycznym wyszukiwaniem wartości minimalnych i maksymalnych oraz wykluczaniem ANALIZA ZMIENNOŚCI – HRV • Zmienność rytmu serca (HRV) dla całego lub wybranego fragmentu zapisu • Tachogram i Histogram odcinków RR – statystyczna analiza zmienności rytmu serca. • Łączny histogram (joint histogram), analiza widmowa fourierowska i autoregresyjna, analiza fraktalna (teoria chaosu) • Analiza neuropatii cukrzycowych • Edycja poprzez interpolacje artefaktów oraz arytmii ANALIZA STYMULATORÓW JEDNOJAMOWYCH I DWUJAMOWYCH • Możliwości konfiguracji parametrów analizy: • czasu sprzężenia • CTN R-S • CTN S-R • Wartości granicznych FTO/FTP, FTC, FTS • odstępu A-V w stymulatorze dwujamowym • ustawień domyślnych RAPORTY • Wbudowana możliwość raportowania oraz dowolna konfiguracja własnych raportów • Podgląd raportów przed wydrukiem • Możliwość wysyłania raportu przez Internet z notatką tekstową i dźwiękową • Wydruk dowolnego ekranu – z dostosowaną do EKG funkcją PRINT SCREEN ARCHIWIZACJA • Pełna dokumentacja badania – archiwizacja pełnego zapisu EKG ze stanem edycji	
--	--	--	--

		Możliwość archiwizacji raportu końcowego w typowych formatach graficznych np. JPG, TIF, GIF itp.	
--	--	--	--

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: jednostkową, netto, podatek VAT, brutto, sumę vat i sumę brutto.

3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na **feniks@grupazdrowie.pl** albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres: **Grupa Zdrowie Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 13 lok 9, 09-100 Płońsk** nie później niż do dnia 05.08.2026r.
- d) Oferta ważna min. 60dni.

4. Dodatkowe informacje

- a) Zapytujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Zapytujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego lub jego zmiany bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zapytującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Zapytujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.