

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/260/POZ/2026

W ramach procedury zapytania ofertowego w związku z zamiarem przystąpienia do projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowie pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” Numer Projektu NFZ (FENX.06.01-IP.03-0001/23) zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zapytującego

SZPITAL GŁÓWNO GRUPA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wojska Polskiego 32/34, 95-015 Głowno, NIP: 7331359448, Filia ul. Grunwaldzka 4, 95-010 Stryków

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry brane pod uwagę przy wyborze oferenta	Ilość sztuk
1.	System wysiłkowy	- szybki tryb przeglądania EKG, - automatyczna interpretacja i pomiary, - przetwarzanie analogowe: 24 bity, - ilość kanałów: 12, - oprogramowanie współpracujące z systemem pracującym w Domenie - elektrody jednorazowe - kompletny system do przeprowadzania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz oprogramowania. - cena jako parametr brany pod uwagę przy wyborze oferty Oprogramowanie: - cyfrowe filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego, - nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń, - prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST, - automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST, - automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni, - archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania, - automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty, - automatyczna analiza arytmii,	1

		- prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku, - monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie, - wydruk EKG w czasie rzeczywistym, - podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania, - system alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii, - opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi, - archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów), - standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP, - podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu, - funkcja reanalizy wykonanego badania, - prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST.	
--	--	--	--

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: jednostkową, netto, podatek VAT, brutto, sumę vat i sumę brutto.

3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na **feniks@grupazdrowie.pl** albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres: **Grupa Zdrowie Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 13 lok 9, 09-100 Płońsk** nie później niż do dnia 05.08.2026r.
- d) Oferta ważna min. 60dni.

4. Dodatkowe informacje

- a) Zapytujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Zapytujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego lub jego zmiany bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zapytującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;

- b) Zapytujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.