

Płońsk, 29.01.2026 r.
(miejsowość, data)

**ZDROWIE RODZINNE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL POLNA 17,
32-043 SKAŁA
NIP: 5130231982**

Dotyczy zapytania ofertowego numer: 6/01/22/28788/2026

Szanowni Państwo, w związku z otrzymanymi w dniu **27.01.2026** r. pytaniami dotyczącym zapytania ofertowego numer **6/01/22/28788/2026** z dnia z dnia **22.01.2026** r. na stronie www.grupazdrowie.pl uprzejmie odpowiadamy, że:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty stół rtg z zakresem ruchu wzdłużnego 110 cm ? Różnica jest niewielka, zakres ruchu wzdłużnego naszej kolumny z lampą rtg ma aż 254 cm co daje możliwość prześwietlenia pacjenta bez jego przemieszczania na blacie o wzoście min. 180 cm.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji.

Uzasadnienie:

Zamawiający oczekuje lepszego parametru.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty płaski blat stołu z ramami aluminiowymi po obu stronach, które nieznacznie wystają powyżej poziomu blatu o ok. 2 mm ? Jest to celowe działanie ze strony producenta, aby w razie krwawienia pacjentom urazowym uniemożliwić wyciek krwi poza obrys blatu.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji.

Uzasadnienie:

Zamawiający wymaga płaskiego blatu w celu łatwej dezynfekcji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w stole rtg dużego detektora o rozmiarze 43x43 cm

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający zmienia, Specyfikację.

Uzasadnienie:

Zamawiający zmienia pkt 58 w ten sposób że zapis „ Szuflada o akceptacji detektorów o wymiarach do 43x43xm ,możliwość obrotu szuflady dla detektora 35x43cxm” zmienia na „ Szuflada o akceptacji detektorów o wymiarach do 43x43xm”.

Pytanie 4

Czy Zamawiający do złożenia równoważnej oferty stół rtg bez automatycznego systemu antykolizyjnego? Stół jest zabezpieczony w czujniki zapobiegające ruchom stołu w kierunkach góra-dół w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wagi tj. 300 kg. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi nam na złożenie równoważnej oferty przetargowej.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze specyfikacją, zamawiający opisał parametr w punkcie 64, system z czujnikami nacisku służącymi do zatrzymywania w razie kolizji.