

Płońsk, 29.01.2026 r.  
(miejsowość, data)

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ul. Katowicka 11  
41-600 Świętochłowice  
NIP: 6272765702**

**Dotyczy zapytania ofertowego numer: 6/01/22/28793/2026**

Szanowni Państwo, w związku z otrzymanymi w dniu **26.01.2026** r. pytaniami dotyczącym zapytania ofertowego numer **6/01/22/28793/2026 z dnia z dnia 22.01.2026 r.** na stronie [www.grupazdrowie.pl](http://www.grupazdrowie.pl) uprzejmie odpowiadamy, że:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty stół rtg z zakresem ruchu wzdłużnego 110 cm ? Różnica jest niewielka, zakres ruchu wzdłużnego naszej kolumny z lampą rtg ma aż 254 cm co daje możliwość prześwietlenia pacjenta bez jego przemieszczania na blacie o wzoście min. 180 cm.

**Odpowiedź na pytanie 1**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji.**

Uzasadnienie:

Zamawiający oczekuje lepszego parametru.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty płaski blat stołu z ramami aluminiowymi po obu stronach, które nieznacznie wystają powyżej poziomu blatu o ok. 2 mm ? Jest to celowe działanie ze strony producenta, aby w razie krwawienia pacjentom urazowym uniemożliwić wyciek krwi poza obrys blatu.

**Odpowiedź na pytanie 2**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji.**

Uzasadnienie:

Zamawiający wymaga płaskiego blatu w celu łatwej dezynfekcji.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w stole rtg dużego detektora o rozmiarze 43x43 cm

**Odpowiedź na pytanie 3**

**Zamawiający zmienia, Specyfikację.**

Uzasadnienie:

Zamawiający zmienia pkt 58 w ten sposób że zapis „, Szuflada o akceptacji detektorów o wymiarach do 43x43xm ,możliwość obrotu szuflady dla detektora 35x43cxm” zmienia na „, Szuflada o akceptacji detektorów o wymiarach do 43x43xm”.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający do złożenia równoważnej oferty stół rtg bez automatycznego systemu antykolizyjnego? Stół jest zabezpieczony w czujniki zapobiegające ruchom stołu w kierunkach góra-dół w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wagi tj. 300 kg. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi nam na złożenie równoważnej oferty przetargowej.

**Odpowiedź na pytanie 4**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji.**

Uzasadnienie:

Zgodnie ze specyfikacją, zamawiający opisał parametr w punkcie 64, system z czujnikami nacisku służącymi do zatrzymywania w razie kolizji.