

## SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR FZ24/F207/2026

W ramach procedury szacowania wartości zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowie pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” Numer Projektu NFZ (FENX.06.01-IP.03-0001/23) zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

### 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Rozeznającego

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYCY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ul. Wojska Polskiego 72, 70-481 Szczecin**

**NIP: 8522303778**

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry brane pod uwagę przy wyborze oferenta	Ilość sztuk
1.	Lodówka z monitoringiem temperatury	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mikrokomputerowa regulacja temperatury,</li><li>- Alarmy wizualne i dźwiękowe</li><li>- duża pojemność lodówki,</li><li>- cyfrowy wyświetlacz temperatury</li><li>- spełnia normy DIN 13277</li><li>- min. 6 czujników temperatury do precyzyjnego sterowania</li><li>- Z interfejsem USB i RS485 oraz stykiem alarmu zdalnego</li><li>- Dane temperatury mogą być przechowywane w sposób ciągły po podłączeniu dysku U-disk</li><li>- Alarmy wizualne i dźwiękowe w tym (- Za wysoka lub za niska temperatura wewnętrzna, Zbyt wysoka temperatura otoczenia, Awaria zasilania, niski poziom naładowania baterii, Błędy techniczne, Zbyt długo otwarte drzwi, Przegrzanie kondensatora)</li> <li>- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz temperatury</li><li>- Dokładność wyświetlacza: 0,1°C</li><li>- 5 półek stalowych z możliwością indywidualnego rozmieszczenia</li><li>- Wewnętrzne oświetlenie LED i złącze testowe</li><li>- Czynnik chłodniczy nie zawiera wodoru, chloru, fluoru i atomów węgla</li><li>- zakres temp. +2 do +8 C</li><li>- automatyczny tryb odszraniania</li><li>- Głośność poniżej 50 dBA</li> <li>-Kompatybilny lub wbudowany zasilacz awaryjny (UPS)</li></ul>	1

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: jednostkową, netto, podatek VAT, brutto, sumę vat i sumę brutto.

### 3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na [feniks@grupazdrowie.pl](mailto:feniks@grupazdrowie.pl) albo
  - b) dostarczyć osobiście na adres: **Grupa Zdrowie Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 13 lok 9, 09-100 Płońsk**
- nie później niż do dnia 10.03.2026r.

#### 4. Dodatkowe informacje

- a) Rozeznający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Rozeznający zastrzega sobie możliwość unieważnienia rozeznania rynku lub jego zmiany bez podania przyczyny.

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Rozeznającego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Rozeznający nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.